

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-535

Датум: 07.03.2018.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за трансфузију, ЈН 01/18, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа, 13.02.2018. г.

На адресу наручиоца је 06.03.2018.г. примљен захтев број 04-526 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Потрошни материјал за трансфузију, следеће садржине:

1. Питање:

У партији 4 једне између осталих навели сте ставке:

- vakutajner epruvete od 10 mL, serumski crveni zatvarač
- vakutajner epruvete od 3 mL Na citrate 1:9 plavi zatvarač

1. Да ли је прихватљиво понудити епрувету од 9 mL са црвеним чепом за serum обзиром да су у пракси такве епрувете истих димензија као и оне од 10 mL а разлика од 1 mL не ограничава корисника ни на један начин у раду, односно обезбеђује довољну количину крви за све потребне анализе.

Одговор: За партију 4. ставка 1. потребно је понудити вакуум епрувету од 9мл или 10мл (црвени чеп) са активатором коагулације димензија 16x100мм

2. Да ли је прихватљиво понудити епрувету од 3,6 mL, Na citrate 1:9 plavi чеп која у свему одговара траженој а разлика у запремини не утиче на рад лабораторије?

Одговор: За партију 4. ставка 2. потребно је понудити епрувету са Na- citrate 1:9 (плави затварач) у укупној запремини 3мл (2,7мл крви + 0,3 мл 3,2% Na –citrate) са дуплим зидом, димензија 13x75мм.

Комисија за јавну набавку ЈН 01/18