

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-822
Датум: 11.04.2018.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање медицинске опреме, ЈН 08/18, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.03.2018. г.

На адресу наручиоца је 11.04.2018.године, примљен захтев број 04-814 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање медицинске опреме.

1. Питање:

1. Наручилац је у оквиру партије 27., ЈН 37/16 обухватио услуге одржавања аутоклава и стерилизатора Здравственог центра Врање. Како је функција тих уређаја стерилизација воденом паром под притиском на одређеној температури материјала (најчешће хируршких инструмената) који се користе у инвазивним методама лечења пацијената, квалитет стерилизације је императив. Из тог разлога, провером параметара стерилизације може се тестирати квалитет стерилизације па самим тим и обезбедити безбедност пацијента. Молимо Наручиоца да у оквиру додатних услова везаних за кадровски капацитет, укључи захтев: "Дата логгер за праћење параметара температуре аутоклава. Приложити копију штампаног извештаја и изјаву понуђача да поседује наведени уређај уз навођење серијског броја уређаја".
2. Наручилац је у оквиру конкурсне документације дефинисао додатне услове за учешће у поступку у сврху обезбеђивања квалитетног сервисирања медицинских уређаја и опреме. Како је адекватна обука сервисера предуслов за ефикасно одржавање медицинске опреме, молимо наручиоца да у оквиру додатних услова везаних за пословни капацитет, за партије 4, 9, 11 и 22 дефинише услов:
„За партије 4, 9, 11 и 22 мора поседовати сертификат о обучености од најмање једног произвођача са листе. Приложити сертификат о обучености од стране најмање једног произвођача са листе у оквиру партије за коју понуђач подноси понуду.“.
3. Наручилац 25.02.2013. год. обезбедио ЦТГ апарате произвођача Бистос, модел БТ-350 (3 ком). Како је за наведене уређаје истекао гарантни рок, овим путем молимо наручиоца да исте укључи у јавну набавку услуга сервисирања у партију бр. 11 како би се тим апаратима омогућило адекватно одржавање у циљу пружања адекватне медицинске неге пацијентима.

Одговор : Прихвата се захтев понуђача под ставком 1 и 2. Ставка броја 3 се не прихвата.

Комисија за јавну набавку ЈН 08/18
Одржавање и сервисирање медицинских апарата