

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-1229

Датум: 17.04.2019.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал, ЈН 11/19.

На адресу наручиоца је 16.04.2019.г. примљен захтев број 04-1211 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал, следеће садржине:

Питање 1: У Вашој јавној набавци ЈН 11/19, као партија 9 тражене су траке „Suva hemija Uriscan”.

Да ли Ви већ поседујете неки апарат за читавање тест трака за урин или је могуће понудити апарат на корисцење, за време трајања уговора?

Одговор: Наручилац поседује апарат за читавање тест траке за урин Uriscan и тракице набавља за апарат који поседује.

Питање 2: У партији 19, као једна од ставки је тражено : „Sample wells za Architect ili odgovarajući”

Будући да сте Ви апарат Architect заменили апаратом типа Alinity, молимо Вас да ову ставку избаците из партије 19.

Одговор: „Sample wells za Architect ili odgovarajući” се користе и на апарату типа Alinity, па нисмо у могућности да ову ставку избацимо из партије 19.

Комисија за јавну набавку ЈН 11/19