

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање

Датум: 03.03.2016.године

Број: 04-623

Предмет: Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Имплатанти у ортопедији, ЈН бр. 05/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 01.03.2016.год.бр.04-578

Комисија за јавне набавке, извршила је измену конкурсне документације дана 03.03.2016.год. бр 04-626 која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истог дана.

На основу извршене измене конкурсне документације, а сходно примљеном појашњењу и датом одговору дана 01.03.2016.год бр.04-582, комисија за јавне набаве, одговора следеће на питање бр.1.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр.1

Да ли је за партије 1 и 2 прихватљиво понудити стем израђен од материјала,који је одговарајући хирушком челику, нпр.од легуре CoCrMo?

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање бр.1

Комисија за јавне набавке прихватиће за партије 1 и 2 стем израђен од материјала који је одговарајући хирушком челику, од легуре CoCrMo.

У свему осталом, комисија за јавне набавке, остаје при датом одговору на тражено појашњење понуђача дана 01.03.2016.год.бр.

**Комисија за јавне набавке ЗЦ Врање
Имплатанти у ортопедији, ЈН 05/16**