

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање
Датум: 03.03.2016.године
Број: 04-624

Предмет: Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Имплатанти у ортопедији, ЈН бр. 05/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 12.02.2016.год.

Дана 02.03.2016.год. бр. 04-599, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудађача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр 1.

Односи се на партију бр.1- Тотална цементна протеза кука без колара и партију бр.4 Парцијална протеза кука биартикуларна где је тражена техничка карактеристика стем од нерђајућег челика, у 10 величина. Да ли ће се прихватити понуда у којој потенцијални понуђач понуди стем у 11 величина од материјала напредније генерације, конкретно титанијума који дозвољава МРИ дијагностику, за разлику од траженог нерђајућег челика?

Питање бр 2.

Односи се на партија бр.1- Тотална цементна протеза кука без колара. Да ли ће се прихватити понуда за ацетабуларну капу од полиетилена високе густине на 2 мм величине од 44 –58 ?

Питање бр 3.

Односи се на партију бр.4 Парцијална протеза кука биартикуларна Да ли ће се прихватити понуда за биполарну капу од полиетилена високе густине на 1 мм од 41 – 57 ?

Предложене измене су у циљу проширења техничких карактеристика конкурсне документације, ради омогућавања равноправног учествовања свих понуђача, при чему се не умањује квалитет ендопротеза које би биле уграђиване.

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање бр.1

Прихватићемо такву понуду понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Одговор на питање бр.2

Нећемо прихватити понуду понуђача јер не одговара траженој техничкој спецификацији.

Одговор на питање бр.3

Нећемо прихватити понуду понуђача јер не одговара траженој техничкој спецификацији.

**Комисија за јавне набавке ЗЦ Врање
Имплатанти у ортопедији, ЈН 05/16**