

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање
Датум: 03.03.2016.године
Број: 04-625

Предмет: Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Имплатанти у ортопедији, ЈН бр. 05/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 12.02.2016.год.

Дана 02.03.2016.год. бр. 04-608, примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудађача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр 1.

Питање се односи на партију бр.2- Хибридна протеза кука –где је тражена техничка карактеристика стем од нерђајућег челика, у 10 величина. Да ли ће се прихватити понуда у којој потенцијални понуђач понуди стем у 11 величина од материјала напредније генерације, конкретно титанијума који дозвољава МРИ дијагностику, за разлику од траженог нерђајућег челика?

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање бр.1

Наручилац ће прихватити добро са наведеним техничким карактеристикама. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Комисија за јавне набавке ЗЦ Врање
Имплатанти у ортопедији, ЈН 05/16**